



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGEM

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OFÍCIO Nº 125/2024 – S.M.S.

Vargem, 27 de agosto de 2024.

Venho por meio desta informar a conclusão da avaliação dos seguintes itens encaminhados do Pregão Presencial 35/2024:

### ITEM 08

COBERTURA NÃO ADERENTE COMPOSTA DE 90% DE COLÁGENO E 10% DE ALGINATO DE CÁLCIO, MEDIDA MINIMA 10,2CM X 11,1CM. ESTÉRIL

Descrição Técnica:

COBERTURA NÃO ADERENTE COMPOSTA DE 90% DE COLÁGENO E 10% DE ALGINATO DE CÁLCIO, MEDIDA MINIMA 10,2CM X 11,1CM. ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA COBERTURA NÃO ADERENTE COMPOSTA DE 90% DE COLÁGENO E 10%. REGISTRO NA ANVISA. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão da NF de entrega. A empresa vencedora terá que apresentar amostra na seção.

Empresa SALLES COM. PRODUTOS CIRURGICOS LTDA está **APROVADA** conforme avaliação.

### ITEM 09

COBERTURA PRIMÁRIA COMPOSTA DE TECIDO DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADA COM ÍONS DE PRATA (70UG/CM2)

Descrição Técnica:

COBERTURA PRIMÁRIA COMPOSTA DE TECIDO DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADA COM ÍONS DE PRATA (70UG/CM2), ENVOLTO POR UMA CAMADA DE NYLON DE BAIXA ADERÊNCIA, QUE PERMITE A PASSAGEM DO EXSUDADO PARA O CURATIVO SECUNDÁRIO, FLEXÍVEL E MALLEÁVEL A FIM DE EVITAR LESÕES, SELADA EM TODA SUA EXTENSÃO, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, MEDIDA MINIMA 10,5CM X 10,5CM. ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. REGISTRO NA ANVISA. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão da NF de entrega. A empresa vencedora terá que apresentar amostra na seção.

Empresa SALLES COM. PRODUTOS CIRURGICOS LTDA está **APROVADA** conforme avaliação.

Sem mais para o momento, deixo meus sinceros protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Diogo A. Miranda  
Enfermeiro  
COREN-SP 269327

Diogo Antônio Miranda  
Enfermeiro